

# REFLAB

<b>M046</b>	<b>Chlorofyl a</b>
Anvendelsesområde	Bestemmelse af chlorofyl a i marint vand og ferskvand fra søer, vandløb, kilder og kildebække
Målemetode(r)	DS 2201 (seneste udgave) med følgende specifikationer: 4.1 Filter Marint vand: Glasfiberfilter, Whatman GF/F Fersk overfladevand: Glasfiberfilter Whatman GF/C (som anført i standarden) 5.2 Ekstraktion Ethanol tilsættes med en kalibreret pipette eller dispenser. Graduering på centrifugeglas må <u>ikke</u> anvendes til at afmåle mængden af ethanol.

Version / Dato	V01 / 25.05.2011
Ansvarlig for udarbejdelsen	Ulla Lund